

ПРОТОКОЛ № 63

Об утверждении итогов закупки МТ способом тендера

26 октября 2021 года

г. Тайынша

1. Организатор и Заказчик: КГУ «УЗ акимата СКО», СКО, Тайыншинский район, г. Тайынша, ул. Крыжановского, 72, провела закупку МТ способом КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО», СКО, Тайыншинский район, г. Тайынша, ул. Крыжановского, 72, провела закупку МТ способом тендера в соответствии согласно Правилам организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений потенциальными поставщиками представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

1	ТОО «САПА Мед Астана» БИН: 120940003596	г. Нур-Султан, ул. Жубанова 23/1	18.10.2021 г. 12:05 ч.
2	ТОО РИХ БИН: 930740000612	г. Петропавловск ул. Потанина 61	19.10.2021 г. 16:27 ч.
3	ИП MEDGRUP ИИН: 541203300612	г. Шымкент ул. Мельникайте 14а	20.10.2021 г. 09:33 ч.

На закупку способом тендера были представлены предложения по следующим лотам:

№	Наименование	Наименование товара	Ед. изм.	Кол. -во	Цена	ТОО «САПА Мед Астана»	ТОО РИХ	ИП MEDGRUP
1	Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя,	Автоматический инфузионный насос	шт	5	588000	550000	588000	550800

№ п/п	Критерий	Описание					Ед. изм ере ния	Кол-во	Цена	ТОО «САПА Мед Астана»	ТОО РИХ	ИН MEDGROUP
1	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Шприцевой насос					шт	5	588000	510000	588000	550800
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)	Перфузор портативный шприцевой насос										
3	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Модель, марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)							
		Основные комплектующие:										
		1	Основной аппарат	К. V.O. (режим замедленного остаточного введения раствора); Скорость в режиме замедленного остаточного введения раствора (К.V.O): не менее 0,1- не более 10 мл/ч с шагом не менее 0,1 мл/ч. Объем в режиме К. V.O: не более 1% от объема шприца. Водонепроницаемый корпус. Единицы дозирования скорости инфузии не менее 5: мл/час, мг/кг/час, мл/кг/мин, мкг/кг/час, мкг/кг/мин.		1 шт.						

						<p>менее 10-ти производителей, включая российских).</p> <p>Редактирование списка наиболее часто используемых шприцов, а также их программирования по желанию потребителя без участия завода – изготовителя (не более 4).</p> <p>Настройки экрана:</p> <ul style="list-style-type: none"> - даты и времени - времени затухания 30 сек, 60 сек, 90 сек и включенный постоянно - яркость не менее 9 единиц. Самотестирование после включения аппарата. Корпус в двух цветовых тонах: слоновая кость и оранжевый Скорость потока: 10 мл шприц – 0-не более 300 мл/ч 20 мл шприц – 0-не более 400 мл/ч 30 мл шприц – 0-не более 500 мл/ч 50 мл шприц – 0- не более 1200 мл/ч Скорость очистки: 10 мл шприц – 0-не более 300 мл/ч 20 мл шприц – 0-не более 400 мл/ч 30 мл шприц – 0-не более 500 мл/ч 50 мл шприц – 0-не более 1200 мл/ч Электронитание: не более АС110/220В, 50/60Гц. Батарея: не хуже Ni-MH или Ni –Cd. Напряжение: 9,6 В. Работа: не менее 4 часа. Подзарядка: не более 6 часов. 					
2	Кабель переменного тока					<p>Для подключения устройства к источнику питания. Трёх жильный кабель.</p>					
4	Требования к условиям эксплуатации					<p>Температура: не менее 5- не более 40 °С.</p> <p>Влажность: не менее 30- не более 85%.</p>					
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ПНКОТЕРАС 2010)						DDP пункт назначения				
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации						45 календарных дней	Адрес: СКО, г. Тайынша, ул. Крыжановского 72			
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц					<p>Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.</p> <p>Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - Руководство по эксплуатации, шт1 - Паспорт, шт1 - Установка и ввод в эксплуатацию - Регистрационное удостоверение - Сертификат типа средств измерений 					

3. Комиссия РЕШИЛА:

Признать закуп состоявшимся:

- №1, №2 - Параграф 4. Оценка и сопоставление тендерных заявок пункт 74. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения.

- ТОО «САПА Мед Астана» Параграф 4. Оценка и сопоставление тендерных заявок 70. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях: 9) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

Потенциальный поставщик, с которым предполагается заключить договор по закупу МТ:

- лот №1, №2 - ИП MEDGRUP на сумму 5 508 000 (пять миллионов пятьсот восемь тысяч) тенге 00 тиын,

Секретарю комиссии Жигадло Н.Н. разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на интернет-ресурсе Организатора закупок. За данное решение проголосовали: За 3 голоса (против – нет, воздержавшихся - нет)

Председатель комиссии

Рафальский А.П. _____ Главный врач

Члены комиссии

Вручинская Н.В. _____ Заместитель директора по медицинской части КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»

Латиф Батес _____ Заместитель директора по ККМУ КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»

Тулегенова А.Ж. _____ Заведующая аптекой

Секретарь комиссии

Жигадло Н.Н. _____ Бухгалтер по государственным закупкам